

出货检验报告单

产品名称	血清移液管	规格	BLA02C0003	产品批号	08072025
生产日期	2025.08.07	有效期	2029.08.07	批量数量 (pcs)	9000
检验项目	标 准 要 求				结 果
1 外观	表面应光洁, 平整不变形, 无明显黑点; 点状允许 ≤ 3 个;				符合
	表面无明显划痕、杂料、碎屑和飞边;				符合
	管体均匀, 不得明显弯曲, 在平整的平面上, 弯曲度不得超过1mm;				符合
2 印刷	印刷刻度清晰, 无明显缺印或油墨不均;				符合
	滤芯应在相应位置, 无脱落;				符合
3 容量	容量刻度线误差控制在标示线的 $\pm 3\%$ 以内;				符合
4 清洁度	产品内外表面无油污、脏污及异物;				符合
5 性能	管路通畅, 无堵塞和漏液现象;				符合
6 纸塑包装	热封牢固, 无虚封, 热封处不得有可穿孔的缝隙;				符合
	撕口处 $10\text{mm} \leq \text{长度} \leq 12\text{mm}$ 且不得有粘连, 包装纸上相关信息印刷清晰可辨; 内容与产品相符;				符合
7 生物性能	辐照灭菌, 无菌保障水平: $\text{SAL } 10^{-6}$				符合
	无热原; 细菌内毒素 $\leq 0.25\text{EU/ml}$				符合
	DNase 和 RNase 不得检出				符合
8 包装	包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷				符合
	印刷清楚正确, 标签信息内容无误, 按规定贴在相应的位置				符合
	产品与实际相符, 无漏装, 混装或错装				符合
检验结论:					
☒ 合格 ☐ 不合格					

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025 年 08 月 25 日

复核者: 王贵珍 2025 年 08 月 25 日

