

出货检验报告单

产品名称	血清移液管	规格	BLA02C0004	产品批号	08082025
生产日期	2025.08.08	有效期	2029.08.08	批量数量 (pcs)	6000
检验项目	标准要求				结果
1	外观	表面应光洁, 平整不变形, 无明显黑点; 点状允许 ≤ 3 个;			符合
		表面无明显划痕、杂料、碎屑和飞边;			符合
		管体均匀, 不得明显弯曲, 在平整的平面上, 弯曲度不得超过1mm;			符合
2	印刷	印刷刻度清晰, 无明显缺印或油墨不均;			符合
		滤芯应在相应位置, 无脱落;			符合
3	容量	容量刻度线误差控制在标示线的 $\pm 3\%$ 以内;			符合
4	清洁度	产品内外表面无油污、脏污及异物;			符合
5	性能	管路通畅, 无堵塞和漏液现象;			符合
6	纸塑包装	热封牢固, 无虚封, 热封处不得有可穿孔的缝隙;			符合
		撕口处 $10\text{mm} \leq \text{长度} \leq 12\text{mm}$ 且不得有粘连, 包装纸上相关信息印刷清晰可辨; 内容与产品相符;			符合
7	生物性能	辐照灭菌, 无菌保障水平: $\text{SAL } 10^{-6}$			符合
		无热原; 细菌内毒素 $\leq 0.25\text{EU/ml}$			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
8	包装	包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷			符合
		印刷清楚正确, 标签信息内容无误, 按规定贴在相应的位置			符合
		产品与实际相符, 无漏装, 混装或错装			符合
检验结论:					
☒ 合格 ☐ 不合格					

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025年08月25日

复核者: 王海鸿 日期: 2025年08月25日

