

活性炭处理胎牛血清产品说明书

【产品名称】

中文: 活性炭处理胎牛血清

英文: Activated Carbon Treatment of Fetal Bovine Serum

货号: B01C-0011

【产品介绍】

血清来源于无菌采集的健康胎牛血清; GMP 净化车间全自动灌装生产,批量大、批间差小(采用 4000L 混合罐,最大批量 500mL×7600 瓶);通过 3 次 0.1 微米过滤除菌,无需再过滤。

【适用范围】

主要用于研究激素在各种体外系统中的作用。包括类固醇受体结合,类固醇调节细胞受体,各种组织的激素分泌和甲状腺激素的功能。

【使用方法】

1.将血清从低温冰箱取出后,先于 2-8℃冰箱放置 12-24h 使之部分融解,然后置于室温下使之全部融解。在融解过程中,须规则地摇晃均匀。 2.若一次无法用完 1 瓶,建议在无菌环境下分装,再冷冻保存,避免反复冻融。

【包装规格】

500mL/瓶、50mL/瓶

【储存条件及保质期】

-15℃以下冷冻保存,避免反复冻融,保质期为5年。

【声 明】

仅用于研究和进一步生产,不得直接用于人或动物。

【说明书编制及修改日期】

2022年10月07日

【质量控制】

参考 2020 年版《中华人民共和国药典》和 USP40 版《美国药典》要求检测项目

检测项目	符合性
性状(浅黄色澄清稍粘稠的液体,无溶血或异物,冻融后可能存在	_
少量絮状沉淀)	•
pH: 7.00~8.50	•
总蛋白含量: 30~45g/L	•
血红蛋白含量: ≤200mg/L	•
内毒素检测: ≤10Eu/mL	•
渗透压摩尔浓度: 250~330mOsmol/kg	•
无菌试验: 阴性	•
支原体检测 (培养法): 阴性	•
病毒检测: 牛腹泻病毒、牛腺病毒、牛细小病毒、呼肠孤病毒、狂	
犬病毒及牛副流感病毒(符合 2020 年版《中华人民共	•
和国药典》要求)	

【注意事项】

如有以下情况,请勿使用

- 1.试剂包装有破损
- 2.溶液浑浊,有污染的疑虑
- 3.使用时已超出规定有效期