

出货检验报告单

产品名称	尼龙针头滤器, 0.22 μ m 孔径, 13 mm直径	生产批次	339113045
货号	E02A-0003	孔径	0.22

ISO 9001 质量体系

本产品的生产公司通过了 ISO9001 质量管理体系。

技术参数

膜材质	Nylon	有效面积 (cm ²)	0.92
孔径 (μ m)	0.22	滞留体积 (μ L)	<10
润湿性	亲水	壳体材质	聚丙烯
接口	鲁尔接口	预过滤	No
滤膜层数	1	泡点 (Mpa)	0.25-0.27
耐压 (Mpa)	0.6	流速 (mL/min@0.07Mpa)	15-24
HPLC 溶出物检测	合格	标准颗粒截留率	合格

在 25℃ 用纯水检测泡点和流速。

注：在检验结论为合格时，准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025年11月4日

复核者: 万海琦 日期: 2025年11月4日

