

出货检验报告单

产品信息:

货号	E02B-0004	孔径	0.45
批次号	338118048	有效期	2028.11.11
ISO 9001 质量标准 本公司通过了 ISO9001 质量管理体系。		细菌内毒素 产品按照 USP 标准测试, 无热原水提取物中热原含量小于等于 0.25EU/ml。	
无纤维释放 本产品符合 21CFR.210.3(b)(6)中所定义的“无纤维释放”标准。		起泡点 该批产品的起泡点 40.6-45.0 psi。	
无菌检测 合格。		流速 流速是在 25℃ 下测试的, 本批次产品的流速 80-110 ml/min @10psi。	
生物安全性 本产品材料符合 USP<88> VI 级塑料生物反应试验标准。		耐压 产品的耐压大于等于 87psi。	

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025年11月14日

复核者: 万清琦 日期: 2025年11月14日