


## 出货检验报告单

|                                                   |                           |                           |       |
|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|
| PES 超滤离心管, 100KD 孔径, 0.5mL 内管容量                   |                           | 货号: E01B-0015             |       |
|                                                   |                           | 批次: 337076074             |       |
| ISO 9001 质量标准                                     |                           |                           |       |
| 该产品在工厂质量管理体系下生产, 并经认可的注册机构批准, 符合 ISO 9001 质量体系标准。 |                           |                           |       |
| 超滤离心管规格                                           |                           |                           |       |
| 膜材质                                               | PES                       | 滤膜过滤面积 (cm <sup>2</sup> ) | 0.9   |
| 最大样本量 (mL)                                        | 0.5                       | 最大过滤体积 (mL)               | 0.55  |
| 外管尺寸 (含盖子)                                        | 整体长度:50.3mm,<br>直径:10.9mm | 内外管                       | PP    |
| 内管尺寸                                              | 长: 29.2 mm,<br>直径 9.4 mm  | 滤出容积 (uL)                 | 10~20 |
| 作业温度 (℃)                                          | 0~40                      | 滞留容积 (uL)                 | ≤5    |
| 完整性测试                                             | 合格                        | 用有效期                      | 三年    |
| 蛋白回收率                                             |                           | >85% (1mg/mL 免疫球蛋白)       |       |
| 使用有效期                                             |                           | 三年                        |       |
| 产品结构示意图                                           |                           |                           |       |



注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025年 08月 18日

复核者: 陈华丽 日期: 2025年 08月 18日