

## 出货检验报告单

品牌名称	碳基生命	产品名称	5mL 透明锥底微量离心管, 袋装, 未灭菌	货号
产品批号	23025240	生产日期	2025.08.18	BLA02E0012

序号	检测项目	检验内容/检验依据	检验结果
1	外观	黑点、气泡、拉痕等	符合要求
2	尺寸	符合图纸规格	符合要求
3	沸腾调试	100摄氏度保持20分钟, 无产品弹开	符合要求
4	包装	包材、数量正确、包装完好	符合要求
5	离心力测试	14000RCF, 20min	符合要求
6	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》	符合要求
7	Rnase检测	《核酸酶检验规范》	符合要求
8	Dnase检测	《核酸酶检验规范》	符合要求
9	浸出物测试	《浸出物检验规范》	符合要求
10	初始污染菌测试	《初始污染菌检验规范》	符合要求
备注: 本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。			
检验结论: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025年08月21日

复核者: 万洁玲 日期: 2025年08月21日

