

## 出货检验报告单

品牌名称	碳基生命	产品名称	25mL移液管, 带色标, 独立包装, 焊接款	货号	BLA02C0005
产品批号	11192025	产品有效期	2029.11.19		

序号	检测项目	检验内容/检验依据	检验结果
1	外观	表面应光洁, 平整不变形, 无明显黑点;	符合
		表面无划痕劣迹、披锋、料花、杂料、油污、气泡、碎屑和飞边;	符合
		表面无指感留痕, 结合线、划痕、点状允许 < 3个;	符合
		管体均匀, 不得明显弯曲, 在平整的平面上, 弯曲度不得超过1mm;	符合
2	印刷	印刷刻度清晰, 无缺线或断线; 无明显缺印或油墨不均; 无数字或字母印刷残缺不影响可读性、可识别; 刻度线间距均匀;	符合
		滤芯应在相应位置, 无脱落;	符合
3	容量	容量刻度线误差在±3%以内	符合
4	清洁度	产品内外表面无油污、脏污, 灰尘、异物	符合
5	性能	管路通畅, 无堵塞和漏液现象	符合
6	纸塑包装	热封牢固, 无虚封或热封过牢, 热封处不得有可穿孔的缝隙;	符合
		撕口处 10mm ≤ 长度 < 12mm 且不得有粘连, 包装纸上相关信息印刷清晰可辨; 内容与产品相符;	符合
7	生物性能	辐照灭菌, 无菌保障水平: SAL 10 <sup>-6</sup>	符合
		无热原; 细菌内毒素 ≤ 0.5EU/mL	符合
		DNase和RNase不得检出	符合
8	包装	包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷	符合
		印刷清楚正确, 标签信息内容无误, 按规定贴在相应的位置	符合
		产品与实际相符, 无漏装, 混装或错装	符合

备注: 本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。

检验结论:

合格    不合格

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025年12月11日

复核者: 万晓琦 日期: 2025年12月11日

