

出货检验报告单

产品名称	培养基方瓶	规格	A03B-0005	产品批号	03222025	
材料	PET	批量数量 (pcs)	720	有效期	2028-03-22	
检验依据	培养基方瓶检验规范					
检验项目	标准		抽样方案		检验结果	不合格数量 (pcs)
1	外观	表面光洁, 无瓶口飞边、瓶口完整; 无瓶口变形, 严重偏心; 无尖锐刺手的合模线; 无严重划痕、擦痕; 螺纹无压伤或缺口;	IL=II AQL=1.0	n=80 Ac=2 Re=3	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	0
		无油污、水渍、脏污、异物存在;			<input checked="" type="checkbox"/> 符合	
		气泡、色点 $\leq 0.3\text{mm}$, 目测不得多于3个;			<input checked="" type="checkbox"/> 符合	
		刻度清晰, 不得缺失刻度及数字;			<input checked="" type="checkbox"/> 符合	
2	尺寸	尺寸符合图纸设计要求	IL=S-2 AQL=0.65	n=5 Ac=0 Re=1	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	0
3	容量	容量刻度线误差在 $\pm 3\%$ 以内			<input checked="" type="checkbox"/> 符合	
3	性能	瓶体与瓶盖配合良好, 旋合紧密, 无歪盖或无明显顿挫;			<input checked="" type="checkbox"/> 符合	
		组装后, -60kpa 抽真空, 保持5分钟, 密封不漏液;	<input checked="" type="checkbox"/> 符合			
4	生物性能	辐照灭菌, 无菌保证水平: SAL 10^{-6}	IL=S-2 AQL=0.4	n=5 Ac=0 Re=1	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	0
		热原: 灭菌后产品, LAL 检测, 内毒素 $\leq 0.5\text{EU/ml}$			<input checked="" type="checkbox"/> 符合	
		琼脂糖电泳法检测, 无 DNase 和 RNase			<input checked="" type="checkbox"/> 符合	
5	包装	无漏装, 混装或错装。	全检	全符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	0
		包装无破损, 脏污; 标签内容正确;	全检	全符合	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	
检验结论: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 检验人员/日期: 陈华丽 2025.12.11 复核人员/日期: 石陈琦 2025.12.11						