

出货检验报告单

品牌名称	碳基生命	产品名称/规格	DMEM培养基 500mL/瓶	货号 BLB01A0001
产品批号	25111202	产品有效期	2026.11.11	

序号	检验项目和方法	企业内控标准	检验结果
1	性状	本品为红色的澄清液体	红色的澄清液体
2	pH值	7.0~7.4	7.3
3	渗透压摩尔浓度	320~350mOsmol/kg	340 mOsmol/kg
4	细菌内毒素	<0.25EU/mL	符合规定
5	无菌	应符合规定	符合规定
6	细胞生长试验		
7	细胞形态	成纤维样贴壁生长, 形态正常无变异	成纤维样贴壁生长, 形态正常无变异
8	细胞数量	培养48h~72h细胞数量不低于 1×10^5 个/mL; 继续维持培养48h细胞数量不低于 2×10^5 个/mL	2.05×10^5 个/mL 6.84×10^5 个/mL
保存条件和有效期: 2°C~8°C, 避光保存, 自生产之日起有效期1年。			
检验结论: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025年11月28日

复核者: 万晓玲 日期: 2025年11月28日