

出货检验报告单

产品信息:

货号	E02B-0003	孔径	0.22				
批次号	332116048	有效期	2029.01				
ISO 9001 质量标准 本公司通过了 ISO9001 质量管理体系。	细菌内毒素 产品按照 USP 标准测试, 无热原水提取物中热原含量小于等于 0.25EU/ml						
无纤维释放 本产品符合 21CFR.210.3(b)(6)中所定义的“无纤维释放”标准。	起泡点 该批产品的起泡点 66.7-75.4 psi。						
无菌检测 合格。	流速 产品流速是在 25℃ 下测试的, 本批次产品的流速 62-93ml/min @10psi。						
生物安全性 本产品材料符合 USP<88> VI 级塑料生物反应试验标准。	耐压 产品的耐压大于等于 87psi。						
细菌截留效率 样品依据 ASTM F 838-05 进行测试, 结果如下: <table border="1"><thead><tr><th>挑战微生物</th><th>LRV</th></tr></thead><tbody><tr><td><i>Brevundimonas diminuta</i> (ATCC 19146)</td><td>7</td></tr></tbody></table>	挑战微生物	LRV	<i>Brevundimonas diminuta</i> (ATCC 19146)	7			
挑战微生物	LRV						
<i>Brevundimonas diminuta</i> (ATCC 19146)	7						

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2026年01月31日

复核者: 万崇琦 日期: 2026年01月31日