

产品检验报告单

产品名称/规格	吸头/200ul	货号	BLA02A0010	批号	01262026
生产日期	2026.01.26	有效期	2029.01.26	数量 (pcs)	48000
检验项目	标 准 要 求				结 果
1	外观	吸头应挺直，壁厚均匀，无明显弯曲变形；			符合
		吸头无明显裂痕、裂纹、擦痕，气泡；不允许有毛刺、飞边；			符合
		表面光洁、完整；颜色无明显偏差			符合
		滤芯应在相应位置，装配牢固(有滤芯吸头)			符合
2	清洁度	可移动异物或可擦拭的杂质不接受			符合
3	尺寸	尺寸要求及允许公差见图纸			符合
4	物理性能	吸头中心通畅，便于液体吸排			符合
		与移液枪配合紧密牢固，不得过紧或过松			符合
5	灭菌	辐照灭菌：灭菌见辐照证明			符合
6	生物性能	无菌检测 (SAL 10 ⁻⁶)：不得检出微生物			符合
		细菌内毒素 ≤ 0.05EU/ml			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
7	包装	包装无破损，污染或者其他明显的外观缺陷；无漏装，混装或错装。			符合
		标签印刷清晰，标签信息正确，粘贴在规定位置。			符合
结果判定：合格					
说明：“检查结果”可填：符合或不符合； 在结果判定为合格时，准予出厂。					
碳基生命科技（广州）有限公司		检验人员	陈华丽	日期	2026.01.31
电话：020-31557420					
传真：020-31557420		复核人员	万洁琦	日期	2026.01.31
http://based-life.com.cn/					