

### 产品检验报告单

产品名称/规格	离心瓶/250ml	货号	A02E-0014	批号	12202025
生产日期	2025.12.20	有效期	2029.12.20	数量 (pcs)	40
检验项目	标准要求				结果
1	外观	表面光洁、色泽均匀, 无料花、砂眼, 无明显划痕和偏心;			符合
		螺纹完整饱满, 无压伤或缺口;			符合
		瓶口应光滑平整、无溢边、裂口;			符合
		不允许有 $\geq 0.3\text{mm}$ 的嵌入黑点、杂质;			符合
		产品表面无明显气泡, 气泡 $\leq 0.4\text{mm}$ , $N \leq 2$ ;			符合
2	清洁度	无可移动异物或可擦拭的杂质			符合
3	容量	容量允差在标示值 $\pm 5\%$ 以内			符合
4	尺寸	尺寸要求及允许公差见图纸			符合
5	物理性能	管盖与管体装配到位, 松紧适宜, 拧紧后不滑牙或回旋。			符合
		加入标称容量的溴酚蓝溶液, 倒置 30min, 无渗漏;			符合
		离心试验: RCF6000xg, 离心 10min; 结果: 不漏液, 无裂纹、变形或破裂;			符合
6	灭菌	辐照灭菌: 灭菌见辐照证明			符合
7	生物性能	无菌检测 (SAL $10^{-6}$ ): 不得检出微生物			符合
		细菌内毒素 $\leq 0.1\text{EU/ml}$			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
8	包装	包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷; 无漏装, 混装或错装。			符合
		标签印刷清晰, 标签信息正确;			符合
结果判定: 合格					
说明: “检查结果”可填:符合或不符合; 在结果判定为合格时, 准予出厂。					
碳基生命科技(广州)有限公司		检验人员	陈华丽	日期	2026.01.31
电话: 020-31557420					
传真: 020-31557420		复核人员	万海琦	日期	2026.01.31
http://based-life.com.cn/					

