

## 出货检验报告单

|      |          |      |                  |     |           |
|------|----------|------|------------------|-----|-----------|
| 品牌名称 | 碳基生命     | 产品名称 | 10mL透明吸头, 盒装, 灭菌 | 货号  | A02A-030  |
| 产品批号 | 08525878 | 生产日期 | 2025.03.26       | 有效期 | 2028.3.25 |

| 序号 | 检测项目    | 检验内容/检验依据    | 检验结果 |
|----|---------|--------------|------|
| 1  | 外观      | 黑点、气泡、拉痕等    | 符合要求 |
| 2  | 尺寸      | 符合图纸规格       | 符合要求 |
| 3  | 弯曲度调试   | 弯曲度小于等于1.0mm | 符合要求 |
| 4  | 包装      | 包材、数量正确、包装完好 | 符合要求 |
| 5  | 泄漏测试    | 静置10秒无液体溢出   | 符合要求 |
| 6  | 精准度测试   | 小于0.2000g    | 符合要求 |
| 7  | 内毒素检测   | 《细菌内毒素检验规范》  | 符合要求 |
| 8  | Rnase检测 | 《核酸酶检验规范》    | 符合要求 |
| 9  | Dnase检测 | 《核酸酶检验规范》    | 符合要求 |
| 10 | 浸出物测试   | 《浸出物检验规范》    | 符合要求 |
| 11 | 初始污染菌测试 | 《初始污染菌检验规范》  | 符合要求 |

备注: 本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。

检验结论:

合格    不合格

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2025年03月28日

复核者: 王华 日期: 2025年03月28日

