

出货检验报告单

PVDF 转印膜, 孔径: 0.45 μ m, 尺寸: 300*4000 mm; 中心杆: 33 cm*55 mm*50 mm	货号: E01A-0006
	批次: 345048072

项目	结果
膜材质	PVDF
孔径(μ m)	0.45
尺寸(mm)	300x4000 mm
润湿性	Hydrophobic
厚度(μ m)	135-150
BSA 蛋白吸附 (μ g/cm ²)	\geq 180

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2026年04月07日



复核者: 王肖琦 日期: 2026年04月07日

