

## 出货检验报告单

|               |                |
|---------------|----------------|
| PVDF 转印膜, 二代膜 | 货号: E01A-0001A |
|               | 批次: 333120018  |

| 项目                                     | 结果          |
|--|-------------|
| 膜材质                                    | PVDF        |
| 孔径( $\mu\text{m}$ )                    | 0.2         |
| 尺寸(mm)                                 | 60*90       |
| 润湿性                                    | Hydrophobic |
| 厚度( $\mu\text{m}$ )                    | 180-199     |
| BSA 蛋白吸附 ( $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ ) | $\geq 260$  |

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2026年04月16日

复核者: 何海强 日期: 2026年04月16日

