

产品检验报告单

产品名称/规格	细胞培养瓶/600ml	货号	BLA01A0005	批号	04082026
生产日期	2026.04.08	有效期	2029.04.08	数量 (pcs)	4000
检验项目	标准要求				结果
1	外观	产品无色透明、光洁、平整、无变形;			符合
		产品有效培养面不得有气泡、杂色点、黑点; 无划伤、擦痕等;			符合
		产品非有效培养面无明显缩水、变形、气纹、流痕、波浪纹;			符合
		非培养面擦痕、划痕 $\leq 15\text{mm}$, $N \leq 2$;			
		非培养面气泡直径 $\leq 0.5\text{mm}$, $N \leq 3$, 色点 $\leq 0.3\text{mm}$, $N \leq 1$;			符合
		无明显飞边或毛刺, 飞边 $\leq 0.3\text{mm}$;			符合
2	亲水性	透气盖: 透气膜与瓶盖贴合紧密, 无掉落或破损;			符合
		用蒸汽仪喷雾在产品处理面, 水汽在产品表面成鱼鳞片状成平铺状; 接触角测试: 接触角应小于 42° ;			符合
3	清洁度	可移动异物或可擦拭的杂质不接受			符合
4	尺寸	产品主要尺寸符合图纸要求			符合
5	物理性能	瓶盖与瓶体配合松紧适宜, 无明显卡滞现象;			符合
		密封性: 加液体后, 瓶体倒置 10min, 无漏液;			符合
6	灭菌	辐照灭菌: 灭菌见辐照证明			符合
7	生物性能	无菌检测 (SAL 10^{-6}): 不得检出微生物			符合
		细菌内毒素 $\leq 0.1\text{EU/ml}$			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
8	包装	包装袋封口牢固, 无假封、漏封现象;			符合
		包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷; 无漏装, 混装或错装。			符合
		标签印刷清晰, 标签信息正确。			符合
结果判定: 合格					
说明: “检查结果” 可填: 符合要求或不符合; 在结果判定为合格时, 准予出厂。					
广州市番禺区钟村街汉兴东路10号1601		检验人员	陈华丽	日期	2026.04.11
电话: 020-31557420				复核人员	日期
传真: 020-31557420					
https://based-life.com.cn/					