

产品检验报告单

产品名称/规格	细胞培养皿/6cm	货号	BLA01B0002	批号	05212025
生产日期	2025.05.21	有效期	2028.05.21	数量 (pcs)	6000
检验项目	标 准 要 求				结 果
1	外观	产品无色透明、光洁、平整、无变形;			符合
		产品有效培养面不得有气泡、杂色点、黑点; 无划伤、擦痕等;			符合
		产品非有效培养面无明显缩水、变形、气纹、流痕、波浪纹; 非培养面擦痕、划痕 $\leq 15\text{mm}$, $N \leq 2$;			符合
		非培养面气泡直径 $\leq 0.5\text{mm}$, $N \leq 3$, 色点 $\leq 0.3\text{mm}$, $N \leq 1$;			符合
		无明显飞边或毛刺, 飞边 $\leq 0.3\text{mm}$;			符合
2	亲水性	用蒸汽仪喷雾在产品处理面, 水汽凝结成鱼鳞片状, 平铺均匀;			符合
		接触角测试: 接触角应小于 42° ;			符合
3	清洁度	可移动异物或可擦拭的杂质不接受			符合
4	尺寸	产品主要尺寸符合图纸要求			符合
5	配合	皿底与皿盖配合良好, 以配合后单手能轻松开闭盖;			符合
		多个平皿堆叠稳定平整, 单手开合倒液顺畅;			符合
6	灭菌	辐照灭菌: 灭菌见辐照证明			符合
7	生物性能	无菌检测 (SAL 10^{-6}): 不得检出微生物			符合
		细菌内毒素 $\leq 0.1\text{EU/ml}$			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
8	包装	包装袋封口牢固, 无假封、漏封现象;			符合
		包装无破损, 污染或者其它明显的外观缺陷; 无漏装, 混装或错装。			符合
		标签印刷清晰, 标签信息正确。			符合
结果判定: 合格					
说明: “检查结果”可填: 符合或不符合; 在结果判定为合格时, 准予出厂。					
广州市番禺区钟村街汉兴东路10号1601		检验人员	陈华丽	日期	2026.04.11
电话: 020-31557420					
传真: 020-31557420		复核人员	万诗琦	日期	2026.04.11
https://based-life.com.cn/					