

## 出货检验报告单

NC 转印膜	货号: E01A-0011
	批次: 347040245

项目	结果
膜材质	Nitrocellulose
孔径( $\mu\text{m}$ )	0.20
尺寸(mm)	300*3000
润湿性	Hydrophobic
厚度( $\mu\text{m}$ )	110-120
BSA 蛋白吸附 ( $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ )	$\geq 160$

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2026年04月27日

复核者: 王洁莹 日期: 2026年04月27日

