

## 出货检验报告单

品牌名称	碳基生命	产品名称	96孔板, 0.2mL, 透明, 无裙边	货号
产品批号	09326118	生产日期	2026/04/03	BLA04C0002

序号	检测项目	检验内容/检验依据	检验结果
1	外观	黑点、气泡、拉痕等	符合要求
2	尺寸	符合图纸规格	符合要求
3	印刷	印刷内容正确、清晰、无缺墨、重影	符合要求
		印刷牢固, 3M胶带粘贴3次无脱墨	符合要求
4	包装	包材、数量正确、包装完好	符合要求
5	离心力测试	4000RPM 1min	符合要求
6	蒸发率测试	蒸发率 < 10%	符合要求
7	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》	符合要求
8	Rnase检测	《核酸酶检验规范》	符合要求
9	Dnase检测	《核酸酶检验规范》	符合要求
10	浸出物测试	《浸出物检验规范》	符合要求
11	初始污染菌测试	《初始污染菌检验规范》	符合要求
备注: 本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。			
检验结论: <input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格			

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2026年04月03日  
复核者: 万尚涛 日期: 2026年04月03日