


## 出货检验报告单

PES 超滤离心管, 30KD 孔径, 15mL 内管容量	货号: E01B-0008 批次: 348056097
项目	结果
膜材质	PES
有效过滤面积 (cm <sup>2</sup> )	7.2
容量 (mL)	最大样品体积 15, 最大过滤体积 17
滞留量和锁止体积	不大于 30 μL, 300 μL
运行温度和 pH 范围	0-40℃, 1-14
摆桶式转子和定角转子	4000 g, 5000 g
完整性测试	合格
牛血清白蛋白 (1 mg/mL) 截留率	>95%
使用有效期	三年
产品结构示意图	



注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2026年05月12日

复核者: 白诗琦 日期: 2026年05月12日

