

## 出货检验报告单

产品名称	PES 针头滤器, 0.45 $\mu\text{m}$ 孔径, 13 mm 直径	生产批次	347041299
货号	E02A-0006	孔径	0.45

### ISO 9001 质量体系

本产品的生产公司通过了 ISO9001 质量管理体系。

### 技术参数

膜材质	PES	有效面积 (cm <sup>2</sup> )	0.92
孔径 ( $\mu\text{m}$ )	0.45	滞留体积 ( $\mu\text{L}$ )	<10
润湿性	亲水	壳体材质	聚丙烯
接口	鲁尔接口	预过滤	No
滤膜层数	1	泡点 (Mpa)	>0.22
耐压 (Mpa)	0.6	流速 (mL/min@0.07Mpa)	>16
HPLC 溶出物检测	合格	标准颗粒截留率	合格

在 25°C 用纯水检测泡点和流速。

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2026年05月13日

复核者: 万武琦 日期: 2026年05月13日

