

出货检验报告单

| | | | |
|------|--|------|-----------|
| 产品名称 | 尼龙针头滤器, 0.22 μm 孔径, 25 mm直径 | 生产批次 | 343043292 |
| 货号 | E02A-0013 | 孔径 | 0.22 |

ISO 9001 质量体系

本产品的生产公司通过了 ISO9001 质量管理体系。

技术参数

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------------|-------|
| 膜材质 | Nylon | 有效面积 (cm ²) | 2.98 |
| 孔径 (μm) | 0.22 | 滞留体积 (μL) | <100 |
| 润湿性 | 亲水 | 壳体材质 | 聚丙烯 |
| 接口 | 鲁尔接口 | 预过滤 | No |
| 滤膜层数 | 1 | 泡点 (Mpa) | >0.26 |
| 耐压 (Mpa) | 0.6 | 流速 (mL/min@0.07Mpa) | >12 |
| HPLC 溶出物检测 | 合格 | 标准颗粒截留率 | 合格 |

在 25°C 用纯水检测泡点和流速。

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2026年05月13日

复核者: 万诗琦 日期: 2026年05月13日

