

## 出货检验报告单

### 产品信息:

货号	E02B-0005	孔径	0.22				
批次号	340054088	有效期	2029.05.08				
<b>ISO 9001 质量标准</b> 本公司通过了 ISO9001 质量管理体系。	<b>细菌内毒素</b> 产品按照 USP 标准测试, 无热原水提取物中热原含量小于等于 0.25EU/mL						
<b>无纤维释放</b> 本产品符合 21CFR.210.3(b)(6)中所定义的“无纤维释放”标准。	<b>起泡点</b> 该批产品的起泡点 65.3-82.7 psi。						
<b>无菌检测</b> 合格。	<b>流速</b> 产品流速是在 25℃ 下测试的, 本批次产品的流速 78-130 mL/min @10psi。						
<b>生物安全性</b> 本产品材料符合 USP<88> VI 级塑料生物反应试验标准。	<b>耐压</b> 产品的耐压大于等于 87psi。						
<b>细菌截留效率</b> 样品依据 ASTM F 838-05 进行测试, 结果如下: <table border="1"><thead><tr><th>挑战微生物</th><th>LRV</th></tr></thead><tbody><tr><td><i>Brevundimonas diminuta</i> (ATCC 19146)</td><td>7</td></tr></tbody></table>	挑战微生物	LRV	<i>Brevundimonas diminuta</i> (ATCC 19146)	7			
挑战微生物	LRV						
<i>Brevundimonas diminuta</i> (ATCC 19146)	7						

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2026年05月12日

复核者: 丁白琦 日期: 2026年05月12日

