

出货检验报告单

品牌名称	碳基生命	产品名称	10mL 透明吸头，袋装，未灭菌	货号 A02A-028
产品批号	07326157	生产日期	2026/03/14	

序号	检测项目	检验内容/检验依据	检验结果
1	外观	黑点、气泡、拉痕等	符合要求
2	尺寸	符合图纸规格	符合要求
3	弯曲度调试	弯曲度小于等于1.0mm	符合要求
4	包装	包材、数量正确、包装完好	符合要求
5	泄漏测试	静置10秒无液体溢出	符合要求
6	精准度测试	小于0.2000g	符合要求
7	内毒素检测	《细菌内毒素检验规范》	符合要求
8	Rnase检测	《核酸酶检验规范》	符合要求
9	Dnase检测	《核酸酶检验规范》	符合要求
10	浸出物测试	《浸出物检验规范》	符合要求
11	初始污染菌测试	《初始污染菌检验规范》	符合要求

备注：本次检测结果仅对客户所需当前批次负责。

检验结论：

☒合格

☐不合格

注：在检验结论为合格时，准予出厂。

检验者：陈尔丽 日期：2026年03月14日
复核者：T商琦 日期：2026年03月14日