

出货检验报告单

品牌名称	碳基生命	产品名称/规格	小牛血清 500mL/瓶	货 号	B01C-0005
产品批号	20241104	生产日期	2024.11.04	产品有效期	2029.11.03

序号	检验项目和方法	企业内控标准	检验结果
1	性状 (目测)	本品为粘稠、半透明、琥珀色的液体	粘稠、半透明、琥珀色的液体
2	pH值 (pH值测定法)	6.80 ~ 8.40	8.15
3	蛋白质含量 (BCA法)	30 ~ 85 g/L	55 g/L
4	血红蛋白 (分光光度法)	≤350 mg/L	112 mg/L
5	细菌内毒素 (动态浊度法)	< 10 Eu/mL	< 3 Eu/mL
6	渗透压摩尔浓度 (渗透压摩尔浓度测定法)	250 ~ 400 mOsmol/kg	262 mOsmol/kg
7	无菌检验 (薄膜过滤法)	阴性	阴性
8	支原体检验 (培养法)	阴性	阴性
9	外源病毒检验 (细胞病变检查、红细胞吸附检查、 荧光抗体检查)	血清中不得有牛腹泻病毒/黏膜病毒 (BVDV/MDV)、猪瘟病毒(CSFV)、猪 圆环病毒2型(PCV2)、狂犬病毒(RCV)、 犬细小病毒(CPV)	符合要求
10	细胞增殖检查 (Sp2/0 增殖试验法)	参考血清的绝对克隆形成率应不低于 20%; 小牛血清相对克隆形成率应不低 于50%。	参考血清的绝对克隆形成率为38%; 小牛血清相对克隆形成率为71%。
保存条件和有效期: -15℃以下, 自生产之日起有效期5年。			
检验结论: ☒ 合格 ☐ 不合格			

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2024年12月10日

复核者: 王月珍 日期: 2024年12月10日