

出货检验报告单

产品信息:

货号	E02B-0005	孔径	0.22				
批次号	346089137	有效期	2029.08.13				
ISO 9001 质量标准 本公司通过了 ISO9001 质量管理体系。		细菌内毒素 产品按照 USP 标准测试，无热原水提取物中热原含量小于等于 0.25EU/mL					
无纤维释放 本产品符合 21CFR.210.3(b)(6)中所定义的“无纤维释放”标准。		起泡点 该批产品的起泡点 66.7-87.0 psi。					
无菌检测 合格。		流速 产品流速是在 25℃下测试的，本批次产品的流速 90-130 mL/min @10psi。					
生物安全性 本产品材料符合 USP<88> VI 级塑料生物反应试验标准。		耐压 产品的耐压大于等于 87psi。					
细菌截留效率 样品依据 ASTM F 838-05 进行测试，结果如下： <table><tr><td>挑战微生物</td><td>LRV</td></tr><tr><td>Brevundimonas diminuta (ATCC 19146)</td><td>7</td></tr></table>		挑战微生物	LRV	Brevundimonas diminuta (ATCC 19146)	7		
挑战微生物	LRV						
Brevundimonas diminuta (ATCC 19146)	7						

注: 在检验结论为合格时, 准予出厂。

检验者: 陈华丽 日期: 2026 年 08 月 24 日

复核者: 王华 日期: 2026 年 08 月 24 日