

产品检验报告单

产品名称/规格	吸头 200ul	货号	BLA02A0010	批号	08182026
生产日期	2026.08.18	有效期	2029.08.18	数量 (pcs)	48000
检验项目	标 准 要 求				结 果
1	外观	吸头应挺直, 壁厚均匀, 无明显弯曲变形;			符合
		吸头无明显裂痕、裂纹、擦痕, 气泡; 不允许有毛刺、飞边;			符合
		表面光洁、完整; 颜色无明显偏差			符合
		滤芯应在相应位置, 装配牢固(有滤芯吸头)			符合
2	清洁度	可移动异物或可擦拭的杂质不接受			符合
3	尺寸	尺寸要求及允许公差见图纸			符合
4	物理性能	吸头中心通畅, 便于液体吸排			符合
		与移液枪配合紧密牢固, 不得过紧或过松			符合
5	灭菌	辐照灭菌: 灭菌见辐照证明			符合
6	生物性能	无菌检测 (SAL 10 ⁻⁶): 不得检出微生物			符合
		细菌内毒素 ≤ 0.05EU/ml			符合
		DNase 和 RNase 不得检出			符合
7	包装	包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷; 无漏装, 混装或错装。			符合
		标签印刷清晰, 标签信息正确, 粘贴在规定位置。			符合
结果判定: 合格					
说明: “检查结果”可填: 符合或不符合; 在结果判定为合格时, 准予出厂。					
广州市番禺区钟村街汉兴东路10号1601		检验人员	陈华丽 (广州)		日期 2026.09.17
电话: 020-31557420		复核人员	万清琦		日期 2026.09.17
传真: 020-31557420					
http://based-life.com.cn/					

