

产品检验报告单

产品名称/规格		离心管/50ml	货号	A02E-0009	批号	09072026
生产日期		2026.09.07	有效期	2029.09.07	数量 (pcs)	50000
检验项目		标 准 要 求				结 果
1	外观	表面光洁、色泽均匀, 无料花、砂眼、划痕, 无明显偏心;				符合
		管盖密封圈装配良好, 无缺失、变形;				符合
		螺纹饱满清晰, 无翻边、拉丝、拉伤;				符合
		不允许产品表面气泡的直径 $\geq 0.4\text{mm}$, $N \leq 3$, 飞边 $\phi \geq 0.3\text{mm}$;				符合
		不允许有 $\geq 0.3\text{mm}$ 的嵌入黑点、杂质。				符合
2	印刷	印刷完整, 书写区和刻度线无明显缺印或油墨不均。				符合
		书写区使用记号笔书写字体清晰, 无断续情况。				符合
3	清洁度	无可见、易清除的异物或油污;				符合
4	容量	容量在标称值的 $\pm 3\%$ 以内				符合
5	尺寸	产品主要尺寸符合图纸要求				符合
6	物理性能	管盖与管体装配到位, 松紧适宜, 拧紧后不滑牙或回旋。				符合
		在 -0.03MPa 下进行抽真空检测, 保持5min, 不漏液。				符合
		尖底: RCF12000xg, 离心10min; ☒				符合
		自立式: RCF8000xg, 离心10min; ☐				
		结果: 无漏液, 无裂纹、变形或破裂;				
耐受温度检测: -80°C , 保温24h; 高温 121°C , 保温20min;				符合		
结果: 无裂纹、变形;				符合		
7	灭菌	辐照灭菌: 灭菌见辐照证明				符合
8	生物性能	无菌检测 ($\text{SAL } 10^{-6}$): 不得检出微生物				符合
		细菌内毒素 $\leq 0.1\text{EU/ml}$				符合
		DNase 和 RNase 不得检出				符合
9	包装	包装无破损, 污染或者其他明显的外观缺陷; 无漏装, 混装或错装				符合
		标签印刷清晰, 标签信息正确, 粘贴在规定位置				符合
结果判定: 合格						
说明: “检查结果”可填: 符合或不符合; 在结果判定为合格时, 准予出厂。						
广州市番禺区钟村街汉兴东路10号1601			检验人员	陈华丽	日期	2026.09.17
电话: 020-31557420			复核人员	万清峰	日期	2026.09.17
传真: 020-31557420						
http://based-life.com.cn/						